

Tabela. Przewodnictwo właściwe wodnych roztworów KCl.

T [°C]	κ [$\Omega^{-1}\cdot\text{cm}^{-1}$]		
	1M	0,1M	0,01M
0	0,06541	0,00715	0,000776
5	0,07414	0,00822	0,000896
10	0,08319	0,00933	0,001020
15	0,09252	0,01048	0,001147
16	0,09441	0,01072	0,001173
17	0,09631	0,01095	0,001199
18	0,09822	0,01119	0,001225
19	0,10014	0,01143	0,001251
20	0,10207	0,01167	0,001278
21	0,10400	0,01191	0,001305
22	0,10594	0,01215	0,001332
23	0,10789	0,01239	0,001359
24	0,10984	0,01264	0,001386
25	0,11180	0,01288	0,001413
26	0,11377	0,01313	
27	0,11574	0,01337	
28		0,01362	
29		0,01387	
30		0,01412	